



ב"ה, ט"ז באייר תשע"ב, 8.5.12

לכבוד
מקסימה מדיקל בע"מ
העוגן 10, א"ת צפוני
ת"ד 4124 עורף הנמל
אשדוד 77141
שלום רב,

אישור שבת

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את

מכשירי ה-Cpap

המשווקים על חברת מקסימה מדיקל

מדגם/מותג SEFAM דגמים

DreamStar (Intro, Info, Auto, Dua, DuaST)

למניעת דום נשימה בשינה

ומצאנו אותם כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

בהתאם להנחיות דלהלן:

1. ניתן להפעיל את המכשיר לפני שבת להפעלה מיידיית ולכבותו באמצעות שרון שבת.
2. לחילופין, ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות שרון שבת רק בטווח של כ-3 שעות לאחר הדלקתו. הזכרון הפנימי לא מאפשר הפעלה מעבר לזמן זה.
3. יש לוודא ששום צפצוף אלקטרוני לא מופעל בהורדת המסכה.
4. מומלץ לכסות את הצג לשבת, ולא להתעניין במידע המופיע בו.
5. מותר להשתמש בשבת גם במתקן הלחות. מומלץ לדאוג לפני שבת שהמיכל יהיה מלא.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'

צומת -

צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
תל: 02-9931442