



ב"ה, ט"ז באייר תשע"ב, 8.5.12

לכבוד
מקסימה מדיקל בע"מ
העוגן 10, א"ת צפוני
ת"ד 4124 עורף הנמל
אשדוד 77141
שלום רב,

אישור שבת

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את

מכשירי ה-Cpap

המשווקים על חברת מקסימה מדיקל

מדגם/מותג SEFAM דגמים

GoodKnight (420S, Auto 420E)

למניעת דום נשימה בשינה

ומצאנו אותם כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

בהתאם להנחיות דלהלן:

1. ניתן להפעיל את המכשיר לפני שבת להפעלה מיידיית ולכבותו באמצעות שעון שבת.
2. לחילופין, ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות שעון שבת רק בטווח של כ-3 שעות לאחר הדלקתו. הזכרון הפנימי לא מאפשר הפעלה מעבר לזמן זה.
3. יש לוודא ששום צפצוף אלקטרוני לא מופעל בהורדת המסכה.
4. מומלץ לכסות את הצג לשבת, ולא להתעניין במידע המופיע בו.
5. מותר לחשתמש בשבת גם במתקן הלחות. מומלץ לדאוג לפני שבת שהמיכל יהיה מלא.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות

צמת"
צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
טל: 02-9931442

הרב ישראל רוזן, מהגרס
ראש מכון 'צומת'