

ב"ה, כ"ד בתשרי תשפ"ב, 30.09.2021

לכבוד
חברת קליניקה בע"מ
שלום רב,

אישור שבת
הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את
מכשיר ה-CPAP המשוק על ידכם
דגם: AEONMED
Auto CPAP Device AS100A
למניעת דום נשימה בשינה
ומצאנו אותו כשר לשימוש בשבת ובמועדי ישראל
בהתאם להנחיות דלהלן:

1. הפעילו את המכשיר מערב שבת.
2. ניתן להפסיק את ההפעלה בשבת על ידי שיון שבת המכוון מיום שישי אבל המכשיר לא יידלק שוב במהלך השבת.
3. נטרלו את ההפעלה האוטומטית ע"י הנשימה (Auto Start) הוראות נטרול:
SETTING >> AUTO ON >> OK >> + >> OK
4. נטרלו את הכיבוי האוטומטי (Auto Stop). הוראות נטרול:
SETTING >> AUTO OFF >> OK >> + >> OK
5. אם משתמשים במכשיר האדים:
 1. יש למלאותו ולחברו למכשיר לפני שבת
 2. להשתמש בשבת בדרגת חימום הנמוכה למניעת "בישול" המים.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות

האישור בתוקף ל-3 שנים עד תשרי תשפ"ה 10.2024

צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
טל: 029931442

הרב מנחם פרל
ראש מכון 'צומת