



ב"ה, ט"ז במרחשון תשע"ג, 1.11.12

לכבוד

מינץ התקנות ושירותים בע"מ

ת"ד 965 קרית שמואל

חיפה 26341

ברכה ושלוש,

אישור הלכתי לשבת

הננו מאשרים בזאת כי בדקנו

את התקן הדיבור

במערכת קריאת חולה-אחות המשווקת על ידכם

המיועדת לבתי חולים ולבתי אבות וכד'

N i g h t i n g l e

ומצאנו כי הוא

כשר לשבת ולמועדי ישראל על פי ההלכה

בהתאם להנחיות/למיגבלות דלהלן:

א. תיפקוד:

1. קריאה מצד החולה פותחת את ערוץ הדיבור לזמן קצוב בלבד
2. אי אפשר ליזום דיבור בשבת מתחנת האחות
3. אי אפשר להאריך את הזמן הקצוב לדיבור

ב. איפון טכני:

1. שפופרת הדיבור בתחנת האחות ללא מתג עריסה
2. המיקרופונים בשני הצדדים הם קיבוליים בלבד
3. מערכת הדיבור היא דופלקס (משני הכיוונים בו-זמנית)

בברכת שבת שלום ועונג שבת

צומת -
צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
טל: 02-9931442

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'