



ב"ה, א' בסיון תש"ע, 14.5.10

לכבוד
מדטכניקה בע"מ
אפעל 5, קרית אריה
פתח תקוה
שלום רב,

א י ש ו ר ש ב ת

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את

מכשירי ה-CPAP המשווקים על חברת מדטכניקה בע"מ

תוצרת חברת PHILIPS Respironics

REMStar M SERIES

למניעת דום נשימה בשינה

ומצאנו אותם כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

מכשיר	תיפקוד	הנחיות לשבת
IN101 IN151	ההפעלה קבועה ללא ויסות אוטומטי וללא הפעלה ראשונה ע"י הנשימה.	1. המכשיר יופעל באמצעות שעון שבת המכוון מבעוד יום. 2. אם תתרחש הפסקת חשמל - פעולת המכשיר תתחדש עם חידוש הזרם החשמלי.
IN201 IN251 IN401 IN511 IN551 IN701 IN751	מכשירים הניתנים להפעלה קבועה או לויסות אוטומטי. ניתן להתחיל את פעילות המכשיר בלחיצת כפתור (ביום חול) או ע"י הנשימה.	1. אין כל בעיה הלכתית להשתמש גם במצב 'אוטומטי' המשתנה לפי הנשימה. 2. יש עדיפות הלכתית מסוימת לביטול לקראת שבת את מצב ההפעלה הראשונה ע"י הנשימה עצמה, כפי שמקובל בצידוד זה בימות החול (ראו הערה א'). 3. אם ההפעלה ע"י הנשימה נחוצה מסיבות של הרגל ואי נוחות לוותר עליה, או בשל חשש להפסקת חשמל (ראו הערה א') מותר להשתמש בשבת גם בהפעלה ע"י הנשימה.

הערות:

- כל הכיוונים בצג ייערכו לפני שבת, ובשבת הוא יהיה מכוסה.
- את המכשיר הסטנדרטי, IN101, יש להפעיל לפני שבת בלחיצת הכפתור, וכן את שאר המכשירים אם מוותרים בשבת על ההפעלה ע"י הנשימה ('מסתכנים' באי-חידוש הפעולה במצב של הפסקת חשמל).
- יש להכניס מים למיכל לפני שבת (למי שנחוץ) ואסור להוסיף בשבת.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות


הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'

\\pdp-medtechnica-2-f.docm\רפואי ושמיעה\1\worddocs\israel\tecnology\yishurim\